



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, dnia 14.12.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy rozpoznania cenowego na „Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą butli”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/07/21

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Lp. 3 arkusza cenowego – Tlen medyczny LIV):

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2, 5, 8 oraz 10 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI ?

Odp.: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał w swojej ofercie butle przystosowane do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego w pomieszczeniach MRI i były dostarczone na każde żądanie Zamawiającego. Nadzień dzisiejszy Zamawiający nie może określić w jakich ilościach takowe butle będą wykorzystywane.

Pytanie 2 (dotyczy Lp. 6 arkusza cenowego - Entonox):

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3 (dotyczy Lp. 6 arkusza cenowego - Entonox):

Czy Zamawiający wymaga butli o pojemności 10 litrów ?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 4 (dotyczy Lp. 7 arkusza cenowego – Podtlenek azotu):

Czy Zamawiający wymaga butli o pojemności 7 kg ?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5 (dotyczy Lp. 8 arkusza cenowego – Laparox):

Czy Zamawiający wymaga butli o pojemności 7,5 kg ?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6 (dotyczy Wzoru umowy):

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie w całości zapisów w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Wysokość kary zostaje zmniejszona do 50 zł za każdy dzień opóźnienia

Dyrektor SP ZOZ
Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk