



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań od 1 do 24

Siemiatycze 07.06.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/04/21

ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. Zwracamy się prośbą o dopuszczenie w pakiecie 74 poz. 1 drenażu wielokomorowego o pojemności 2300 ml i wysokości 35cm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Tego typu rozwiązanie jest obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1a oraz 1b? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców oraz wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty

Odp Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie 48** dopuści sterylny dwu-komorowy zestaw do biernego drenażu klatki piersiowej z komorą na wydzielinę o pojemności 2200 ml (producent zestawu dotychczas używanego przez Zamawiającego dokonał zmiany w pojemności komory), posiadający specjalny, samouszczelniający się port bezigłowy umożliwiający pobieranie świeżo drenowanego płynu do badań; dren łączący bez-lateksowy, elastyczny, półprzezroczysty, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Pakiecie 52** dopuści dren Penrose w rozmiarach: 6mm/30cm, 8mm/30cm, 10mm/30cm, 12mm/30cm, 14mm/30cm, 16mm/30 cm; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Pakiecie 74 w pozycji 1** dopuści sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml; z drenem łączącym bez-lateksowym, elastycznym, półprzezroczystym, zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Pakiecie 74 w pozycji 1** oczekuje, aby zestaw posiadał port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu.

Odp Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Pakiecie 74 w pozycji 2** oczekuje, aby zestaw posiadał port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu.

Odp Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml

- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 37 i stworzy osobny pakiet?

Odp Zamawiający nie dopuszcza. Brak zgody na wydzielenie

Dotyczy: SP ZOZ ZP/04/21, Pakiet nr 44, Pozycja 4-11

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12-14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm (w zależności od ilości FR i potrzeb Zamawiającego) z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ' J ' z znaczną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-11 z Pakietu nr 44 i stworzy osobny pakiet?

Odp Zamawiający nie dopuszcza brak zgody na wydzielenie

Dotyczy: SP ZOZ ZP/04/21, Pakiet nr 54

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm, 20cm,30cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 5

PAKIET 66

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 przetworniki z dowolnym kolorem wypustki, wyzwalacza szybkiego przepłukiwania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza


3. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1 i poz.2?

Connectors available



Odp., Zbyt słaba jakość zdjęć. Końcówka powinna być kompatybilna z kardiomonitorem typu Mindray. Wygląd zbliżony ze zdjęć do typu BD

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 6

Pytanie nr 1:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 30 pozycja 2 myjki z następującym opisem:

Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m² wykonana z włókna poliestrowego.

Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 2:

Prosimy zamawiającego aby wydzielił z pakietu nr 30 pozycję nr 2 (myjki) i stworzył osobny pakiet na myjki. Pozwoli to na zaoferowanie myjek przez firmy specjalizujące się w sprzedaży myjek. Zwiększy to konkurencyjność cenową i jakościową zaoferowanych produktów.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

ZESTAW PYTAŃ NR 7

Pakiet nr 17 poz.6

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru gładkiego?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 26 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 36mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 26 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarach 44mmx30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 26 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 42 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Projekt umowy – par. 7 ust. 1.3)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1.3) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto, o której mowa w par 4 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego

ZESTAW PYTAŃ NR 8

Pytanie 1 – pakiet nr 24

Poz. 4 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników na odpady medyczne 3,5-4,0 l.

o pojemności

Wymiary minimalnie odbiegające od opisanych w SIWZ, nie mają znaczenia funkcjonalnego ani użytkowego, ponieważ pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne, pełnią wyłącznie funkcje techniczne, pomocnicze.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2- pakiet nr 40

Poz. 5- czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny **wykonane z PE**. Folia PE to materiał polietylenowy tożsamy z PCV klasy medycznej. Ponadto tworzywo to charakteryzuje się wysoką elastycznością, jest odporne na działanie roztworów kwasów, zasad i soli oraz niskiej temperatury. Nie przepuszcza także pary wodnej, nie traci wraz z czasem swoich właściwości ani nie zawiera toksycznych substancji.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3 - pakiet nr 59

Poz.1- proszę o wyjaśnienie , czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje opakowań osłonek po 144 szt.?

Odp Zamawiający dokonał wyceny po 144 szt. w op. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań po 100 i 50 szt przy odpowiednim przeliczeniu ilościowym.

Pytanie 4- pakiet nr 70

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika posiadającego **objętości wypełnienia 0,27 ml**. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

ZESTAW PYTAŃ NR 9

Pakiet 1 poz.1.1-1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-cz z kontrastującym niebieskim tłem.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1.1-1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-cz z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1,1-1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-cz luer.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1.1-1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-cz luer z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pakiet 1 poz.1.1-1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym tylko na opakowaniu zbiorczym.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję

zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przysycia, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu u możliwości wypełnienie 0,085ml, przepływ: 650ml/min.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz.5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworów z drenami, których długość całego zestawu to ok.9,5cm.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.7,8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu zbiorczym.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł w klasie IIa.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 1 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 4 paskami radioceniującymi o następujących parametrach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
		1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38
Żółty	24 G	0,70 x 19	22

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 2 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z igłą 0,33x12,7mm.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 32 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów foliowych pakowanych po 150szt na rolce.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu: Aparaty Przystosowane do INFUZJI GRAWITACYJNEJ, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 posiadające: *Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

- * komorę kroplową wraz z kolcem nie krótszą niż 120mm.
- *Precyzyjny rolkowy regulator przepływu z miejscem na dren i igłę po użyciu
- *Specjalnie zaprojektowany Filtr Auto Stop zapobiega przedostaniu się powietrza *
- Filtr na końcu drenu zapobiega przed wyciekami płynu z drenu
- * Długość drenu: 180 cm
- * Przyrząd WOLNY OD FTALANÓW, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji

Odp dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów

Pakiet 60 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z jednocześnie komorą kroplową.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300ml/h, skala w kształcie koła, możliwość obsługi jedną ręką, posiada dodatkowy zacisk rolkowy, miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem, sterylny, nie zawiera lateksu PHT i DEHP.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażonego w skrzydełka ułatwiające wbicie, komora kroplowa o długości 62mm, 15ym filtr płynu, dren o długości 150cm, przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h, sterylny, wolny od ftalanów.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 70

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem o objętości wypełnienia 0,32ml.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 10

1. Dotyczy załącznik nr 3 wzór umowy § 3 punkt 2:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na niezgodność powyższego obligatoryjnego zapisu umowy z wymaganiami stawianymi w SWZ w ROZDZIALE X (OPIS KRYTERIÓW OFERT), gdzie termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert odpowiednio punktowanym w przedziale 2 – 5 dni. Prosimy o wyjaśnienie, który z zapisów jest obowiązujący dla składania ważnych ofert i wprowadzenie stosownej korekty.

Odp Zamawiający poprawił zapis umowy. Kryteria oceny pozostają bez zmian. Zmodyfikowany wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego

2. Dotyczy załącznik nr 3 wzór umowy § 4 punkt 6:

Zamawiający pozostawił w powyższym punkcie miejsce do wpisania umownego terminu płatności, natomiast w żaden sposób nie wynika on z zapisów SWZ – nie jest ani parametrem określonym ani nie stanowi kryterium oceny ofert. Być może jego miejsce powinno być określone w zapisach ROZDZIAŁU V (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI ROZLICZENIA) gdyż widnieje w nim nieuzupełniony punkt nr 2. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i określenie oczekiwanego terminu płatności.

Odp Zamawiający poprawił zapis umowy oraz SWZ. Termin płatności wynosi 40 dni. Zmodyfikowany wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego

ZESTAW PYTAŃ NR 11

1. **Odnosnie Pakietu 55 w pozycji 1:** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odp To na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia asortymentu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie wymaga.

ZESTAW PYTAŃ NR 12

1. Czy Zamawiający w pak 36 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Cewnik DUFORA rozmiary od Ch12 do Ch 20 wykonany z termoplastycznego PCV firmy RUSCH?

Odp Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w pak 36 poz 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Cewnik Foley trójdrożny w rozmiarach od 18 do 22, balon 30ml firmy RUSCH?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający w pak 36 poz 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Cewnik Tiemann nr 12 firmy RUSCH?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający w pak 36 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Tiemann numery od 12 do 18, sterylny, dwudrożny, silikonowany, balon 5-10ml dla Ch12/14 oraz 5-15ml dla Ch16/18?

Odp Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający w pak 74 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Drenaż wielokomorowy Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2500 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie o wysokości 36cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający zwiększy ilości w pak 74 do 6 sztuk w pozycji? Pozwoli to większej ilości oferentów na złożenie oferty z powodu sposobu pakowania drenaży w opakowania zbiorcze.

Odp Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 13

Pakiet nr 44

Pyt.1

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający wydzieli z *pakiету nr 44: pozycję nr 23 - Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny)*

Odp Brak zgody na wydzielenie

oraz

pozycję nr 24 - 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml

i utworzy z nich osobny pakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych?

Odp Brak zgody na wydzielenie

Obecnie Biuletyn Zamówień Publicznych nie umożliwia dodawanie nowych części zamówienia po już opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu. Brak wydzielenia w niniejszym postępowaniu wynika z tego faktu.

ZESTAW PYTAŃ NR 14

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w **Pakiecie 58 pozycja 2** oczekuje aby zestaw zawierał przezroczysty, poliuretanowy zglębnik w rozmiarach CH 10 ;CH 14 i CH 18 o długości 40 cm. z wewnętrznym dyskiem mocującym ,składającym się z silikonu? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający w **Pakiecie 16 pozycja 2** pisząc o zglębniku posiadającym linię kontrastującą w promieniach RTG, oczekuje aby zglębnik posiadał 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG? Zapewni to lepszą widoczność i precyzję w kontroli umiejscowienia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 15

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę na podłogę o wymiarach 117cm x102cm o wchłanianości płynów 2,5l , laminowana od spodu, przylegająca do podłogi ale bez możliwości przytwierdzenia jej do podłogi?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią ale bez możliwości przytwierdzenia jej do podłogi, chłonność około 1litr, rozmiar 116cm x 76cm?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 94 \mu\text{g/g}$, o grubości na palcu $0,23\text{mm} \pm 0,02$?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,20\text{mm} \pm 0,02$, na dłoni $0,18\text{mm} \pm 0,02$, na mankiecie $0,16\text{mm} \pm 0,02$?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 14 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy z rękawem zakończonym elastyczną gumką?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy pakowany a'10szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 24, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 3,5l?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 45x43mm?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 40mm lub 50mm?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 27 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne do resuscytatorów - jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką z ABS. Kopała maski, haczykowany pierścień oraz zawór skierowany pionowo w dolnej części maski wykonane z PCV, bez możliwości pracy w środowisku MRI?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp Zamawiający nie dopuszcza Brak zgody na wydzielenie

Pakiet 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne bez teksturowanej osłonki w rozmiarze 6,5x4,5 cm, rozmiar ostrza 0,8x3,6x0,01cm?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do lewatywy?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści niesterylne zestawy do lewatywy?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem na 38 opakowania?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem na 9 opakowania?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 34 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępownicy pakowane a'50szt. z przeliczeniem na 6 opakowań?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 34 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90szt. z przeliczeniem na 534 opakowania?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki DUFORA w rozmiarach od CH18 do CH24?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o średnicy od Ch6 do Ch10 dostępne w rozmiarach od 40 do 60 cm?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o średnicy Ch12 do dostępne w rozmiarach od 50 do 60 cm?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 40, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z wytrzymałej przezroczystej folii w kolorze niebieskim lub czerwonym umożliwiającym obserwację wydzieliny o pojemności 2l, z podziałką od 10ml-2000ml, posiadający kołnierz wyposażony w specjalne nacięcia umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 50 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra z ramionami 45cm x 18cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Penrose pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 55 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem na 2 opakowania?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z zastawką umieszczoną w komorze kroplowej, górna część komory elastyczna, dolna część komory twarda, z drenem o długości 180 cm, z zaciskiem rolkowym bez miejsca na unieruchomienie kolca komory kroplowej i podwieszenia drenu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z elastyczną komora kroplową, filtrem o powierzchni 21,66cm²?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60 poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania płynów, leków i żywienia pozajelitowego z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczki ze skalą od 5 do 250 ml/h, z dodatkowym portem Y spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 70 poz. 1

Czy Zamawiający kranik trójdrożny tylko w kolorze niebieskim z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji, działającym w zakresie 360 stopni, bez wyczuwalnej identyfikacji zmiany pozycji, wykonany z poliwęglanu, objętość wypełnienia 0,3 ml?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 16**Pytanie nr 1****Pakiet nr 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26mm z dwustronnym polem do opisu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2**Pakiet nr 43, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3**Pakiet nr 43, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 155 ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet nr 43, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 520 ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5**Pakiet nr 43, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 1200 ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6**Pakiet nr 43, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 5600 ml.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7***Dotyczy wzoru umowy***

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odp Brak zgody na wprowadzenie niemniejszego zapisu

ZESTAW PYTAŃ NR 17

Pakiet 66 – przetworniki

Czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą renomowanej firmy amerykańskiej) o parametrach:

Lp	Nazwa zamawianego asortymentu
1.	Jednorazowy pojedynczy zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną Przetwornik o łącznej długości 152 cm. Zestaw wyposażony w niebieski wyzwalacz szybkiego przepłukiwania oraz zerujący port odcinający. Zestaw posiada urządzenie do przepłukiwania, które utrzymuje przepływ 3 ml/godzinę, w celu utrzymania drożności cewnika. Zestaw wyposażony w zawór zabezpieczający przed nadciśnieniem z jednoczesnym utrzymaniem szczelności sterylnej drogi płynu. Urządzenie umożliwia szybkie przepłukiwanie układu, napełnianie płynem, usuwanie pęcherzyków powietrza. W skład zestawu wchodzi: linia pomiarowa, kranik trójdrożny i port zerujący przetwornika. Zestaw kompatybilny z kardiomonitora Bene View T8. Dzięki dostarczonym na czas trwania umowy kablom bezpinowym
2.	Jednorazowy podwójny zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną Przetwornik o łącznej długości 2x 152 cm, składający się z: 2x linia pomiarowa oraz kranik trójdrożny. Zestaw wyposażony w niebieski wyzwalacz szybkiego przepłukiwania oraz zerujący port odcinający. Zestaw posiada urządzenie do przepłukiwania, które utrzymuje przepływ 3 ml/godzinę, w celu utrzymania drożności cewnika. Zestaw wyposażony w zawór zabezpieczający przed nadciśnieniem z jednoczesnym utrzymaniem szczelności sterylnej drogi płynu. Urządzenie umożliwia szybkie przepłukiwanie układu, napełnianie płynem, usuwanie pęcherzyków powietrza. Linia tętnicza oznaczona kolorem czerwonym, linia żylna oznaczona kolorem niebieskim na całej długości oraz port zerujący przetwornika. W skład zestawu wchodzi: linia pomiarowa, kranik trójdrożny i port zerujący przetwornika. Zestaw kompatybilny z kardiomonitora Bene View T8. Dzięki dostarczonym na czas trwania umowy kablom bezpinowym

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Prosimy o podanie ilości kardiomonitorów na których będą stosowane przetworniki z pozycji 1 i 2 celem prawidłowej kalkulacji oferty.

Odp Prosimy o zaoferowanie zgodnie z formularzem.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §7 ust.1.1) liczone były od wartości wyrobów, którego kary dotyczą?

Odp Zamawiający wprowadził zamiany w tym paragrafie patrz odpowiedzi do zestaw pytań nr 7

ZESTAW PYTAŃ NR 18

Pytanie nr 1 dot. Pak. nr 1 poz. 1, 1.1-1.4:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe producenta **Margomed Polska**, które w ostatnich latach były użytkowane w Państwa Jednostce z pozytywną opinią personelu medycznego jeśli chodzi o jakość i użyteczność strzykawek o poniższych parametrach:

Strzykawki j.u. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - niecentrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, informacja o braku zawartości ftalanów na opakowaniu jednostkowym (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) w opak. a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilościowym.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dot. Pak. nr 1 poz. 1, 1.1-1.4:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe były pozbawione szkodliwych związków rakotwórczych tj. ftalanów oraz informacja o braku zawartości ftalanów była nadrukowana i zaznaczona na opakowaniu jednostkowym?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 3 dot. Pak. nr 1 poz. 1, 1.1-1.4:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe pochodziły od jednego producenta?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 4 dot. Pak. nr 1 poz. 1, 1.1-1.4:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci podwójnej kryzy?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 5 dot. Pak. nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o poniższych parametrach:

nie zawiera latexu, nie zawiera PVC

- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG
- gładka powierzchnia
- specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli
- cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów
- samodomykający się zawór portu bocznego
- korek portu górnego bez funkcji samodomykania (standardowy korek portu górnego)
- mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka
- elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyłę
- uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką
- zakończenie Lock
- zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi
- koreczek luer lock
- pakowana w opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- data ważności i nr serii widoczne na opakowaniu jednostkowym

Nr katalogowy	Kolor	Rozmiar (G)	Rozmiar (średnica)	Długość mm
---------------	-------	-------------	--------------------	------------

	pomarańczowy	14	2,2	50
	szary	16	1,7	50
	biały	17	1,5	45
	zielony	18	1,3	45
	zielony / biały	18	1,3	33
	różowy	20	1,1	33
	różowy / biały	20	1,1	25
	niebieski	22	0,9	25
	żółty	24	0,7	19

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 dot. Pak. nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z fiołek należące do klasy IIA? Wymóg klasy IS nie wpływa na użyteczność produktu oraz jego sterylność, a jedynie ogranicza konkurencję

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 dot. Pak. nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Pakowane pośrednio po 50 szt., zbiorcze karton 1 000 szt.

		Cewnik		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	300
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	90
20	Różowa	1.1	33	61
22	Niebieska	0.9	25	36
24	Żółta	0.7	19	15
26	Fioletowa	0.6	19	13

Odp Zamawiający nie dopuszcza podanych przepływów

Pytanie nr 7 dot. Pak. nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści koreczki tylko w kolorze czerwonym?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 8 dot. Pak. nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port o poniższym opisie ?

Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9 dot. Pak. nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podwójny bezigłowy port o poniższym opisie ?

Zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9 dot. Pak. nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści potrójny bezigłowy port o poniższym opisie ?

Zamknięty system bezigłowy z potrójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10 dot. Pak. nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne o następujących parametrach:

- jednorazowego użytku, nietoksyczny, wolny od pirogenów
- stosowana w połączeniu z jednorazowymi strzykawkami
- stosowana do nakłuwania skóry, tkanki mięśniowej i żył w celu iniekcji leku, transfuzji lub pobrania krwi
- łącznik luer-lock jest odpowiedni do podłączenia igły do strzykawek lub do zestawów infuzyjnych/transfuzyjnych
- umożliwia bezpieczne zastosowanie dzięki połączeniu standardowej igły podskórnej i urządzenia zabezpieczającego
- zapobiega zakłuciom
- wysterylizowany za pomocą tlenku etylenu (EO)
- instrukcja obsługi na pojedynczym opakowaniu
- kolorystyczne oznaczenie nasadki według rozmiaru
- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu pojedynczym i opakowaniu zbiorczym
- **pakowane po 50 szt.**
- **rozmiary:** 0,33x12 mm; 0,45x12mm; 0,40x20 mm; 0,40x25 mm; 0,50x25 mm; 0,6x25 mm; 0,60x30 mm; 0,7x30 mm; 0,7x40 mm; 0,80x40 mm; 0,90x40 mm; 1,10x40 mm; 1,2x40 mm

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 dot. Pak. nr 1 poz. 14:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych koreczków, które są koreczkami równoważnymi:

Koreczek do kaniul, jednorazowego użytku, standardowy luer-lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu koreczka (op. min 100 szt.)

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13 dot. Pak. nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- cewnik wykonane z poliuretanu PUR
- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat

		Cewnik			
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	
14	Orange	2.1	45	300	
16	Grey	1.8	45	200	
18	Green	1.3	45	90	
20	Pink	1.1	33	61	
22	Blue	0.9	25	36	
24	Yellow	0.7	19	15	

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13 dot. Pak. nr 24 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5l?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 dot. Pak. nr 26 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54 mm?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 dot. Pak. nr 27 poz. 4,5,8:

Czy Zamawiający wymaga masek tlenowych pozbawiony szkodliwych ftalanów?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 16 dot. Pak. nr 32 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe pakowane po 100 szt. z podaniem ceny za opakowanie A.100 szt. i przeliczeniem ilości do 30 op.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17 dot. Pak. nr 32 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższych fartuchów, które są fartuchami równoważnymi:

Fartuchy ochronne higieniczne z włókniny polipropylenowej z ściągaczem gumowym, niesterylne

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18 dot. Pak. nr 32 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych ochraniaczy, które są ochraniaczami równoważnymi:

Ochraniacze na buty foliowe z gumką

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 19 dot. Pak. nr 32 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. (50 par) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 dot. Pak. nr 33 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie golarki jednoostrzowej o poniższych parametrach:

Odpowiednio zaprojektowana szeroka rączka pokryta prążkami, dzięki czemu bezpiecznie i wygodnie osadza się w dłoni, umożliwia kontrolę podczas golenia, bardzo przydatna na salach operacyjnych i porodówkach, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o wym. Szer. 7mm/ dł. 37mm / gr. 0,01 cm usuwa owłosienie bez zadrażnień i podrażnień; do golenia na sucho i mokro, łatwe do splukania, specjalny grzebień zapobiega zapychaniu; posiada dodatkową osłonę ostrza, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, pakowana w opakowanie handlowe po 50 szt.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21 dot. Pak. nr 33 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy sterylnej, spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 dot. Pak. nr 34 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie A.100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 dot. Pak. nr 34 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków do leków w opakowaniach A.80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 dot. Pak. nr 36 poz. 1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 i 2 i stworzenie z nich osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odp Brak zgody na wydzielenie

Pytanie nr 25 dot. Pak. nr 36 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania CH6-CH10 o długości 40 cm, CH12 o długości 50 cm.

Odp Zamawiający odpuszcza nie wymaga

Pytanie nr 26 dot. Pak. nr 40 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny o pojemności 1 500 ml wyposażonej w skalę co 100 ml, w kolorze mlecznym, wyposażonej w wygodny plastikowy uchwyt zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu, opakowanie zbiorcze a`20 szt.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 50 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Dren T-Kehr wykonanego z lateksu naturalnego, jednorazowego użytku, pakowane podwójnie folia / folia - papier

Cewnik T-Kehr występującego w rozmiarach CH 12 do CH 26 długość ramion 16/38 cm

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 60 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów, jednoczęściowa komora kroplowa, 15 um filtr płynu, dren o długości 150cm, przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h, sterylny, wolny od ftalanów.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przyrządy posiadały nazwę producenta na zaciskaczu/ samym przyrządzie, co daje możliwość szybkiego zidentyfikowania przyrządu po wyjęciu z opakowania?

Możliwość identyfikacji jest wymagana podczas zgłoszenia reklamacji na dany wyrób lub przy ewentualnym incydencie medycznym.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga informacji o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby komora kroplowa miała długość min. 60 mm w części przezroczystej?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy na potwierdzenie, że zaoferowane aparaty do płynów infuzyjnych nie zawierają ftalanów, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory?

Odp Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wynikającym z podanej pozycji znajdował se wymóg „nie zawierają ftalanów” to stosowanie do zapisów SWZ Wykonawca wraz z oferta przedstawia odpowiednie środki dowodowe przedmiotowe.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zmawiający dopuści przyrząd o poniższych parametrach?

Bezpieczny przyrząd infuzyjny do infuzji grawitacyjnej płynów/leków.

właściwości:

- wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji,
- filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania,
- tworzy system zamknięty
- miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym po użyciu,
- kolec dwupłaszczyznowo ścięty
- komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikację przyrządu
- długość drenu 180 cm
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- jednorazowy, sterylizowany EO
- opakowanie typu blister papier/folia

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 60 poz. 2

Czy Zmawiający dopuści przyrząd z filtrem o powierzchni filtracyjnej 14,2 cm², pozostałym parametry zgodnie z SWZ

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 60 poz. 2

Czy Zmawiający dopuści przyrząd TS z elastyczną komorą w całej części przezroczystej?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 43 poz. 1

Czy Zmawiający dopuści pojemnik o pojemności 30 ml lub 60 ml?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 43 poz. 4

Czy Zmawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 43 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39 dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę naliczania kar umowy nie od wartości umowy tylko od wartości dostawy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,1 % wartości brutto złożonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w:
 - a) § 2 ust. 2,
 - b) § 3 ust. 2,
 - c) § 3 ust. 10 pkt 1,
 - d) § 3 ust. 10 pkt 2,
 - e) § 3 ust. 14;

Odp Brak zgody

Pytanie nr 41 dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę naliczania kar umowy nie od wartości umowy tylko od wartości dostawy:

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje realizację więcej niż jednego pakietu, kary umowne określone w ust. 1 nalicza się z zachowaniem poniższych reguł:
 - 1) podstawę naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 – 2, stanowi nie Wartość Umowy określona w § 4 ust. 1, a wartość dostawy do którego należy Towar, którego dotyczy zdarzenie uzasadniającego naliczenie kary umownej;

Odp Zamawiający wprowadził zmiany do powyższego zapisu umowy patrz odpowiedzi do zestawu pytań nr 7

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp Nie. To na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru zgodnie z wymogami prawa. Zamawiający nie może narzucać sposobu transportu.

Pytanie nr 43

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych**”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp Patrz paragraf 3 umowy

Pytanie nr 44

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp Zamawiający nie może narzucać sposobu transportu.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Patrz paragraf 3 umowy

ZESTAW PYTAŃ NR 19

Dotyczy: pakiet 41 pozycja nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szkiełek, które nie są poprzekładane bibułką? Szkiełka oferowane przez Wykonawcę nawet bez bibułki nie skleją się więc nie ma potrzeby używania bibułek.

Odp Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: pakiet 43 pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 15 ml?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Dotyczy: pakiet 43 pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 50 ml?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

ZESTAW PYTAŃ NR 20

Pakiet nr 27, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną w całości z PCV?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 27, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez zaworu, z możliwością stosowania w środowisku MRI?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 27, pozycja nr 9 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by maska mogła być używana w środowisku MRI?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 30, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie rękawicy zwężanej przy nadgarstku, jednostronnie nasączoną środkami myjącymi, rozmiar 17 x 24,5 cm, gramatura: 100g/m² (część przednia) i 70g/m² (część tylna), pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości do 743 opakowań, reszta zgodna z SWZ?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 38, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści radełkowaną rękojeść do laryngoskopu, z zielonym ringiem znajdującym się poniżej mocowania tyżki z rękojeścią?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 38, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 2,1 m i średnicą CH24?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 38, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 3 m i średnicą CH24?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 38, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści dren do odsysania CH24-25?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 46 pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 2,1 m i średnicą CH24?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 46, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do dobowej higieny jamy ustnej (jak dotychczas stosowny) w formie dyspensera z możliwością postawienia na stoliku, który umożliwi pobieranie zestawów we właściwej kolejności. W skład zestawu wchodzi:

- 2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania z możliwością regulacji siły odsysania, wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia
- 2x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydnym

- 4x Roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru
- 4x Gąbka wykonana z miękkiej pianki o pofalowanej powierzchni ułatwiającej nanoszenie roztworów do higieny jamy ustnej oraz umożliwiającej delikatne czyszczenie z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką

- 6x Aplikator gąbkowy do nawilżania
- 6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Każde pojedyncze opakowanie pełni funkcję pojemnika na płyn?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 47, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurkę do intubacji z PCV?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki do intubacji ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet nr 47, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wygiętą łukowato, z drenem balonika kontrolnego połączonego na krótkim odcinku z mankietem, objętość wypełniająca mankiet umieszczona na korpusie?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 47, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową zawierającą niewielką ilość ftalanów, nieprzekraczającą dozwolonej wartości w wyrobach medycznych?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 47, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek 3,3x340mm oraz 4,7x340mm?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 47, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki intubacyjnej z 3 białymi paskami?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet nr 60, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny aparat do przetaczania płynów o następujących parametrach:

- dwuczęściowa komora kroplowa
- wykonany z materiałów wolnych od DEHP oraz PCV
- ostry dwukanałowy kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką
- elastyczna komora kroplowa z filtrem Autostop
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- dren o długości 180cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock zabezpieczone korkiem z filtrem hydrofobowym
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- sterylne, opakowanie papier/folia?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 60, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi z komorą jednoczęściową w całości elastyczną?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 60, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z PCV bez ftalanów?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 60, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem w kształcie beczutki i skalą 5-250 oraz zaciskiem rolkowym?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik Foley'a z możliwością stosowania przez 7 dni?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści cewnik Foley'a z możliwością stosowania przez 7 dni?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 60ml
- Waga: 46g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 2,1 m?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odp Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 69, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz oznaczeniem na łączniku w kolorze mlecznym?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem w kształcie walca?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny rurkę o następujących parametrach:

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- rurka polecana do długotrwałej wentylacji
- kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- mankiety niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy
- prowadnica
- 2 tasemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści sondę z pojedynczym światłem i łącznikiem w kształcie lejka?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści sondę o długości 100cm lub 125 cm?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 69, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści sondę z PCV o niewielkiej zawartości ftalanów, nieprzekraczającej wartości dopuszczzonej w wyrobach medycznych?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 21

Pakiet Nr 46 poz. 1:

Czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje: zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pośladowaną gąbką na

- górną powierzchnię

- Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml

- Jedną gąbkę aplikator

Cztery osobne opakowanie zawierające:

- Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką,

- Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Opakowanie: 20 zestawów

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet Nr 62 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 22

Pakiet 1, poz. 2,13-14

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp Brak zgody na wydzielenie

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści koreczek w kolorze niebieskim i czerwonym?

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 1, poz. 14

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 9, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalą pomiarową?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 32, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt lub po 200, w opakowaniu zbiorczym. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 32, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp

Pakiet 33, poz. 3

Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny?

Odp Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie

Pakiet 34, poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp Zamawiający dopuszcza

Pakiet 37, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 40, poz. 5

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiały ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odp., Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 60, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60, poz. 2

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?
- Czy zamawiający dopuści TS : objętość komory kropłowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³)?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 60, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kropłową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 23

Pakiet 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0.23 -0.24 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 14 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0.18-0.19 mm oraz na palcu 0.20-0.21 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytania dot. projektu umowy:

- 1) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 10 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp Brak zgody

- 2) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 15 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*”

Odp Brak zgody

- 3) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych nimi przewidzianych do wysokości:
 - a. 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1);
 - b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3);

Odp Brak zgody jednocześnie Zamawiający informuje iż powyższy zapis został zmodyfikowany patrz odpowiedzi do zestawu pytań nr 7

- 4) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia do sumowania naliczonych kar umownych.

Odp Brak zgody

- 5) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp Brak zgody powyższe zapisy normują inne zapisy tzw „spec ustawy”

- 6) Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza *możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.*”

Odp. Brak zgody

ZESTAW PYTAŃ NR 24

Pakiet 10

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1, pozycji nr 3, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp., Brak zgody

Zastępca Dyrektora
Lech Hackiewicz
/podpis w oryginale/