



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

•17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl•

Siemiatycze, dnia 26.05.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy rozpoznania cenowego na:

**„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”**

Numer sprawy: SP ZOZ BP/06/23

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pakiet nr 1, pkt. a, poz. 24, 52-56

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. a

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą wszędzie tam, gdzie wymagana jest igła tnąca?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. b

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający, wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, niepowlekany, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. c

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający, wytwarzany z polidoksaonu, niepowlekany, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. d

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, szybkowchłaniającą, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną, o czasie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. d, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. f

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

my

Pakiet nr 1, pkt. g

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą wszędzie tam, gdzie wymagana jest igła tnąca?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 1, pkt. g, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 1, pkt. g z pominięciem pozycji 21?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świątym
Andrzej Szewczuk