



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

•17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl•

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, dnia 24.05.2023 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy rozpoznania cenowego na:

**„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”**

Numer sprawy: SP ZOZ BP/06/23

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Dot. pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rozmiar zszywki 6,9x4,2mm, pozostałe parametry, w tym powleczenie teflonem zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 szew monofilamentowy, długowchłaniający, wchłanianie po 180-220 dniach, pozostałe parametry szwu zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk
Andrzej Szewczuk