



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań od 1

Siemiatycze 21.02.2024r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/24

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie 1 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników.

Odp. Brak zgody

Pytanie 2 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie testów Bowie&Dick w opakowaniu a'400 szt. + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę?

Odp. Brak zgody

Pytanie 3 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. fiolkowy wskaźnik biologiczny posiadający na fiolce wskaźnik procesu (typ 1), pozwalający na rozróżnienie czy wskaźnik przeszedł czy nie przeszedł procesu sterylizacji?

Odp. Brak zgody

Pytanie 4 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 3)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu walidacji wskaźnika do kontroli wsadu z normą EN ISO 11140-4. Opisana norma w punkcie 4 dotyczy jedynie testów Bowie&Dick.

Odp. Brak zgody

Pytanie 5 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 3)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania wskaźników nieprzylepnych.

Odp. Brak zgody

Pytanie 6 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 7)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu, w którym znajdują się wskaźniki stosowane w sterylizacji tablicy systemowej.

Odp. Brak zgody

Pytanie 7 – do formularza cenowego – (pakiet 4, poz. 1,3,5)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odp. To na wykonawcy ciąży obowiązek zaferowanie produktu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/